

平成 25 年度いわて子どもの森の放射線量の測定結果について

3 月の測定結果は下記のとおりです。

記

使用機器：CLEAR PULSE Mr.Gamma A2700

			単位： $\mu\text{Sv/h}$		
月日	時刻	計測地点	5cm	50cm	1m
H26.3.3	17:00～17:15	正面玄関	0.036	0.030	0.026

※国の除染基準 $0.23\mu\text{Sv/h}$ を下回っております。

※数値は 10 秒ごとに 6 回計測した数値の平均値です。

※冬季は積雪のため、みずの広場及びキャンプ場での計測を中断しております。